

Zgierz: Dostawa i montaż nowego aparatu RTG wraz z zestawem do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

**Numer ogłoszenia: 103281 - 2008; data zamieszczenia:
16.05.2008**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu, ul. Łęczycka 24a, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, tel. 0-42 7164161, 7174129, fax 0-42 7174129.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż nowego aparatu RTG wraz z zestawem do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego aparatu RTG wraz z zestawem do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej, zgodnie ze szczegółowymi parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1.

Dostawa i montaż aparatu RTG wraz z aparatami wchodzącymi w skład zestawu do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej, winna być dokonana do Pracowni Diagnostyki Rentgenowskiej mieszczącej się w budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24a.
Dostarczony aparat RTG wraz z aparatami wchodzącymi w skład zestawu do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej, posiadają dokumenty dopuszczające urządzenia do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

jeden zbiorczy certyfikat CE lub deklaracja zgodności na aparat RTG.

Główne podzespoły aparatu RTG (lampa, generator, mechanika) pochodzą od jednego producenta.
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów akceptacyjnych oraz dostarczenia dokumentacji technicznej aparatu RTG, instrukcji obsługi aparatu RTG, dokumentu potwierdzającego spełnienie akceptacyjnych testów kontroli parametrów technicznych aparatu RTG. WW dokumenty, winny być sporządzone w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób obsługujących aparat RTG i zestaw do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej w zakresie ich prawidłowej i bezpiecznej obsługi i konserwacji bieżącej.

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU RTG

oraz APARATY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU DO WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

A. GENERATOR

Generator wysokiej częstotliwości

Częstotliwość pracy równa lub większa 25kHz

Moc generatora równa lub większa 50kW

Zakres napięć: min. kV = 30kV; max. kV = 150kV

Zakres mAs: min. mAs dla trybu AEC równy lub mniejszy 0,5 mAs; max. Mas dla trybu AEC = 600 mAs;
 min. mAs dla trybu ręcznego równy lub mniejszy 0,5 mAs; max. mAs dla trybu ręcznego równy lub większy 850 mAs

Zakres prądów: min. mA równy lub mniejszy 10mA ; max. mA równy lub większy 650mA

Zakres czasów ekspozycji: najkrótszy czas równy lub mniejszy 1 ms

AEC (Automatyka)

Programy anatomiczne: równy lub większy 1000 programów

B. KOLUMNA PODŁOGOWA Z KOŁPAKIEM

Zakres równoległego do osi stołu ruchu (przesuwu) kolumny: równy lub większy 4000 mm

Zakres poprzecznego do osi stołu ruchu (wysuwu) wysięgnika kołpaka z lampą RTG równy lub większy 150 mm

Zakres pionowego ruchu wysięgnika kołpaka z lampą RTG :równy lub większy 1500 mm

Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi pionowej : równy lub większy 90 stopni

Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej:równy lub większy 125 stopni

C. LAMPA RTG

Wymiary ognisk lampy RTG: równy lub mniejszy 0,6 /1,2 mm²

Moc dla poszczególnych ognisk: równy lub większy 20/60 kW

Szybkość wirowania anody: równy lub większy 3000 obr/min

Pojemność cieplna anody: równy lub większy 300kHU

Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki

D. STÓŁ DO ZDJĘĆ

1.Z elektrycznie opuszczanym blatem

2. Obciążalność płyty pacjenta : równy lub większy 200 kg
3. Wymiary płyty pacjenta: równy lub większy 2100x 740 mm
4. Pływająca płyta pacjenta
5. Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta: równy lub większy 1000 mm
6. Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta: równy lub większy 250 mm
7. Zakres przesuwu wzdłużnego wózka z szufladą Bucky: równy lub większy 200 mm
8. Wysokość blatu stołu regulowana elektrycznie: w zakresie: równy lub większy 400 mm
9. Najniższa wysokość blatu stołu: równy lub mniejszy 550 mm
10. Ekwiwalent Al. Płyty pacjenta: równy lub mniejszy 0,8 mm Al
11. Odległość film-płyta pacjenta: równy lub mniejszy 80 mm
12. Automatyka AEC
13. Akceptowane formaty kaset standardowe: od 24x18cm do 35x43cm
14. Uruchamiana w trakcie ekspozycji kratka przeciwrozproszeniowa
15. Uchwyt do kaset do wykonania zdjęć promieniem poziomym.

E. UCHYLNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH

1. Zakres ruchu pionowego panela Bucky: równy lub większy 1500 mm
2. Wykonywanie zdjęć promieniem pionowym w szufladzie kasetowej panela Bucky statywu ustawionego w pozycji poziomej
3. Ekwiwalent Al. Płyty pacjenta: równy lub mniejszy 0,6 mm Al
4. Odległość film-płyta pacjenta: równy lub mniejszy 40 mm
5. Automatyka AEC
6. Akceptowane formaty kaset standardowe: od 24x18cm do 35x43cm
7. Uruchamiana w trakcie ekspozycji kratka przeciwrozproszeniowa
8. Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT

ZESTAW DO WEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI:

1. Sensytometr
2. Densytometr
3. Fantom ALFA + stożek + uchwyt do fantomu
4. Siatka do sprawdzania kaset ogólnodiagnostycznych
5. Komputer PC
6. Oprogramowanie
7. Termometr cyfrowy

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1, 33.11.10.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1/spełniają warunki udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust 1 pkt. 1-4 prawa zamówień publicznych 2/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych, 3/ posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4/wykonali co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, 5/zobowiązali się do wykonania zamówienia w wymaganym terminie, 6/zaakceptowali wzór umowy, 7/udzielili gwarancji na okres 1 roku, 8/oferowane parametry technicznesprzętu spełniają warunki określone w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy winni złożyć: 1.ofertę, 2.oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - oświadczenie Podmiotu Składowego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisane odrębnie przez każdy podmiot składowy; 3.aktualny opis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4.wykaz dostaw, wykonanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawo stanowiącym przedmiot zamówienia; 5. wzór umowy; 6. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 7.szczegółowe parametry techniczne aparatu RTG (załącznik nr 1 do oferty dostępny ze siwz); 8.jeden zbiorczy certyfikat CE lub deklaracja zgodności na aparat RTG.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto Jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- c) nie orzeczono wobec Niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania Osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 prawa zamówień publicznych.

Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty, o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i składek społecznych i zdrowotnych powinny być wystawiony nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia Osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz dokumentu o otwarciu likwidacji ani nie ogłoszono upadłości zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia Osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT****IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 70
2. parametry techniczne - 20
3. gwarancja i serwis - 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.**IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.umz.zgierz.pl/przetargi**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu; 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 24a pok. nr 34.**IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:** Nie dotyczy**IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:** Nie dotyczy**IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 30.05.2008 godzina 12:00, miejsce: Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu , 95-100 Zgierz ul. Łęczycka 24a, pok. nr 34.**IV.3.5) Termin związania ofertą:** 27.06.2008.**IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** Nie dotyczy