

W Y J A Ś N I E N I E**TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Dostawę i montaż nowego aparatu RTG wraz z zestawem do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

S z a n o w n i P a ń s t w o

Na podstawie z art. 38 ust. 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:

PYTANIE:

Dotyczy zakresu napięć generatora wysokiego napięcia – wartość wymagana ujęto w przedziale 30-150kV.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem napięć 40-150kV?

ODPOWIEDŹ:

TAK. Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem napięć 40-150kV.

PYTANIE:

Dotyczy Uchylnego statywu do zdjęć odległościowych. Zamawiający w punkcie E używa określenia „Uchylny statyw do zdjęć odległościowych” nie opisując w żaden sposób zakresu w jakim powinien „uchylać” się statyw, opisuje natomiast zakres w jakim powinien poruszać się statyw w pionie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający miał na myśli „ruchomość” statywu w pionie.

Dokonujemy zmiany opisu punktu E z:

„uchylony statyw do zdjęć odległościowych”

na:

„ruchomy statyw do zdjęć odległościowych”.

Z p o w a ż a n i e m

Zgierz,

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)