

## W Y J A Ś N I E N I E i M O D Y F I K A C J A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

Dostawę i montaż nowego aparatu RTG wraz z zestawem do wewnętrznej kontroli jakości w pracowni rentgenowskiej dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

PROWADZONEGO W TRYBIE: przetargu nieograniczonego

*S z a n o w n i P a ń s t w o*

*Na podstawie z art. 38 ust. 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:*

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem poprzecznym stołu min 24cm?

ODPOWIEDŹ: **TAK.**

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stół o najniższym położeniu blatu 57cm i zakresie regulacji 31cm?

ODPOWIEDŹ: **NIE.**

PYTANIE

Czy Zamawiający może sprecyzować zapis „Uchwyt do stołu do zdjęć wykonywanych promieniem poziomym”? Ze specyfikacji wynika, że Zamawiający wymaga dostarczenia systemu z kolumną podłogową. Proszę więc o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający chce wykonywać projekcje promieniem poziomym przy zachowaniu tej konfiguracji?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dokonał zapisu” Uchwyt **do kaset** do wykonywania zdjęć promieniem poziomym”. Parametry wymagane przez Zamawiającego w punkcie B załącznika nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na możliwość wykonywania zdjęć promieniem poziomym. Zamawiający wyjaśnia, że wymaga uchwytu do kaset, aby wykorzystać w pełni funkcjonalność systemu RTG

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

*Z p o w a ż a n i e m*

Z-ca Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

Zgierz, dnia 27.05.2008r.

Anna Smusz .

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)