

**Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu**  
**95-100 Zgierz ul. Łęczycka 24 a**

Znak sprawy 3/PN/2008

**WYJAŚNIENIE**

**TREŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA**

DOTYCZY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  
**DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ  
ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH  
NIEZBĘDNYCH DO WYKONYWANIA OZNACZEŃ DLA MIEJSKIEGO ZESPOŁU  
PRZYCHODNI REJONOWYCH W ZGIERZU**  
PROWADZONEGO W TRYBIE : PRZETARG NIEOGRANICZONY

**Szanowni Państwo**

Na podstawie z art 38 ust 2 prawa zamówień publicznych niniejszym udzielamy wyjaśnień ,  
odpowiednio do zadanych pytań.

**Pytanie 1**

*„Czy Zamawiający zgodzi się na wykonanie testu Toxo IgG awidność  
poza zaoferowanym aparatem, w certyfikowanym laboratorium?  
Zapewniamy odbiór materiału od Zamawiającego i dostarczanie  
wyników Zamawiający zamierza wykonać bardzo niewiele tych testów,  
więc wykonywanie ich na zewnątrz nie byłoby uciążliwe, a pozytywna  
odpowiedź na to pytanie pozwoliłaby Zamawiającemu uzyskać dostęp  
do większej ilości ofert i wybrać naprawdę najkorzystniejszą”*

Odpowiedź  
NIE

**Pytanie 2**

*Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie analizatora bez  
wymennych końcówek , ale ze zwalidowanym systemem płukania igły  
pipetora ?*

Odpowiedź  
Ze względu na wykonywanie badań z zakresu chorób zakaźnych Zamawiający  
nie wyraża zgody na zaoferowanie analizatora bez wymennych końcówek

w załączniku 2 do SIWZ Parametry graniczne dla automatycznego analizatora immunochemicznego punkt 5

„wykluczenie możliwości kontramiacji ( przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami ) - aparat bezigłowy ”

### **Pytanie 3**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów odczynnikowych zawierających kalibratory, ale nie zawierających kontroli ? Kontrole do testów zaoferujemy osobno. Jest to uzasadnione tym, że posiadamy multikontrole, które stosuje się do wielu testów. Jest to rozwiązanie bardziej ekonomiczne.*

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza zaoferowane zestawy odczynników zawierające kalibratory , ale nie zawierających kontroli , prosimy o podanie cen multikontroli

### **Pytanie 4**

*Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie odczynników, których okres ważności po otwarciu opakowania wynosi 3 miesiące*

Odpowiedź

Ze względu na niezbyt duże ilości oznaczeń w ciągu roku Zamawiający wymaga odczynników o dłuższym terminie ważności zapis w załączniku nr 2 do SIWZ parametry graniczne dla odczynników punkt 5 i 6

„Trwałość odczynników do wykonywania oznaczeń po otwarciu opakowania nie krótsza niż trwałość podana na opakowaniu jako termin ważności.

Termin ważności odczynników minimum 4 miesiące.”

### **Pytanie 5**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na wpisanie do umowy informacji dotyczącej dostarczenia Zamawiającemu komputera zewnętrznego + monitor wraz z programem umożliwiającym prowadzenie kontroli jakości i statystyki jako integralna część systemu ?*

Odpowiedź

tak

Z poważaniem

Zgierz, dnia 23.07.2008

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej