

Znak sprawy: 4/PN/2008

W Y J A Ś N I E N I E I M O D Y F I K A C J A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierz w ramach realizacji obszaru A programu PFRON pn.
Wyrównywanie różnic między regionami.**

S z a n o w n i P a ń s t w o

*Na podstawie z art. 38 ust. 2 prawa zamówień publicznych niniejszym
udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:*

PYTANIE:

Czy skaner/sonda prysznicowa ma świecić światłem czerwonym, światłem podczerwonym, czy też światłem czerwonym i podczerwonym?

ODPOWIEDŹ:

Dopuszczamy skaner/sonda prysznicowa, który świeci światłem podczerwonym lub światłem czerwonym i podczerwonym.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wymaga aby aparat do laseroterapii miał wbudowany akumulator tak jak ma to miejsce przy aparacie do elektroterapii?

ODPOWIEDŹ:

TAK – zgodnie z SIWZ (wymagane parametry techniczne aparatów- załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia pkt.1 a)

PYTANIE

Czy Zamawiający pisząc skaner miał na myśli również sondę prysznicową?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści aparat do laseroterapii z okularami chroniącym przed falami o długości 630-1070nm?

ODPOWIEDŹ: TAK.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści diatermię krótkofalową bez banku gotowych programów terapeutycznych?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści diatermię z dwoma elektrodami dyskowymi o średnicy 130mm?

ODPOWIEDŹ: NIE

PYTANIE:

Jakie elementy i ilości wymaga Zamawiający w komplecie osprzętu do UGUL-a?

ODPOWIEDŹ:

Wymagamy minimum zestaw podstawowy osprzętu do UGUL-a w skład, którego wchodzi:

1. linka długości 1600mm - szt.. 8
2. linka długości 960 mm -szt. 2
3. linka długości 2450mm - szt. 1
4. linka długości 5720mm - szt. 1
5. linka długości 3750mm - szt. 2
6. podwieszka przedramienia i podudzia – szt. 4
7. podwieszka ud i ramię – szt. 4
8. podwieszka pod miednicę – szt. 1
9. podwieszka klatki piersiowej – szt. 1
10. podwieszka pod głowę – szt. 1
11. podwieszka stóp – szt. 2
12. podwieszka dwustawowa – szt. 2
13. pas do wyciągu za miednicę uniwersalny – szt. 1
14. kamaszki skórzane – szt. 1
15. kamaszki płócienne – szt. 1
16. ciężarek miękki 0,5kg – szt. 2
17. ciężarek miękki 1,0kg – szt. 2
18. ciężarek miękki 1,5kg – szt. 1
19. ciężarek miękki 2,0kg – szt. 1
20. ciężarek miękki 2,5kg – szt. 1
21. ciężarek miękki 3,0kg – szt. 1
22. Esik - szt. 30

Termin składania ofert nie ulega zmianie

Zgierz dnia 17.09.2008r.

Kierownik
Pracowni Fizjoterapii
Piotr Arcimionek