

Znak sprawy: 4/PN/2008

W Y J A Ś N I E N I E I M O D Y F I K A C J A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego dla Miejskiego Zespołu Przychodni
Rejonowych w Zgierzu w ramach realizacji obszaru A programu PFRON pn.
Wyrównywanie różnic między regionami.**

S z a n o w n i P a ń s t w o

*Na podstawie z art. 38 ust. 2 prawa zamówień publicznych niniejszym
udzielamy wyjaśnień, odpowiednio do zadanych pytań:*

PYTANIE:

Jaką średnicę filtra powinna posiadać lampa do terapii światłem spolaryzowanym?

ODPOWIEDŹ:

Lampa do terapii światłem spolaryzowanym powinna posiadać średnicę filtra 40mm.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zgierz dnia 17.09.2008r.

Kierownik
Pracowni Fizjoterapii
Piotr Arcimionek