

Załącznik nr do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia

(pieczęć wydziału zamawiającego)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA:

**DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW DO
ANALIZATORA W OKRESIE 3 LAT DLA MIEJSKIEGO ZESPOŁU PRZYCHODNI REJONOWYCH W
ZGIERZU, UL ŁĘCZYCKA 24 A**

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾: GŁÓWNY PRZEDMIOT - **33·69·65·00-0**
DODATKOWE PRZEDMIOTY - **38·43·45·00-1**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾:

**PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DZIERŻAWA ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO WRAZ Z
DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW W OKRESIE 3 LAT OD DATY PODPISANIA UMOWY**

I. Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego:

1. Analizator biochemiczny fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008), w pełni automatyczny
2. Wydajność min. 200 ozn/godz
3. Analizator wyposażony w moduł ISE do oznaczania sodu, potasu i chlorków.
4. Typ pomiaru-fotometryczny, mono i bichromatyczny, kinetyczny, punktu końcowego
5. Możliwości analityczne: biochemia (substraty, enzymy, jony) białka specyficzne, układ krzepnięcia.
6. Pracujący w trybie pacjent po pacjencie
7. Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych. oraz próbek pediatrycznych
8. Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku.
9. Automatyczne mycie kuwet pomiarowych (bez stacji uzdatniania wody lub ze stacją uzdatniania wody) jeżeli jest to konieczne do pracy aparatu.
10. Osobne igły do odczynników i próbki badanej z detektorem poziomym płynów, przemywane po każdej operacji pobrania
11. Chłodzone miejsca odczynnikowe na min. 35 pozycji w temp 8-12°C, niezależnie od temp otoczenia
12. Możliwość wykonania pomiaru w zakresie długości fal 340-800 nm
13. Możliwość automatycznego kontrolowania stanu odczynników (poziom zużycia)
14. Możliwość pracy w trybie CITO
15. Oprogramowanie analizatora w języku polskim.
16. Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek.
17. Analizator wyposażony w komputer wraz z oprogramowaniem (umożliwiającym podłączenie analizatora do sieci Marcel), monitor, klawiaturę oraz drukarkę laserową monochromatyczną.
18. Analizator wyposażony w zewnętrzny UPS

Dodatkowe wymagania dotyczące analizatora

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania analizatora w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
2. Bezpłatne naprawy w czasie trwania umowy
3. Reakcja serwisu w razie awarii w ciągu 24 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Dodatkowe wymagania dotyczące analizatora cd

4. Bezpłatne przeglądy (zarówno analizatora jak i stacji uzdatniania wody) w trakcie trwania umowy, z częstotliwością minimum raz na pół roku
5. Podłączenie analizatora do sieci firmy Marcel na koszt Wykonawcy
6. Zapewnienie raz w miesiącu udziału w międzynarodowej kontroli zewnętrznej na koszt Wykonawcy
7. Bezpłatne przeszkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora
8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji analizatora w języku polskim
9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać deklaracje zgodności CE dla analizatora oraz również deklarację zgodności CE dla stacji uzdatniania wody jeżeli analizator jest w nią wyposażony
10. Dostarczenie protokołu transmisji danych pomiędzy analizatorem i siecią informatyczną.

II. Dostawa odczynników do analizatora

1. Wszystkie wymagane odczynniki gotowe do użycia w opakowaniach umożliwiających bezpośrednie wstawienie do rotora bez przelewania, dedykowane do zaoferowanego analizatora, w buteleczkach z kodem kreskowym i podanymi parametrami stabilności na pokładzie oferowanego analizatora oraz aplikacjami
2. Termin gwarancji dla odczynników według gwarancji producenta jednak nie krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium
3. Dostawa odczynników w godzinach pracy laboratorium 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć metodyki odczynników i karty substancji niebezpiecznych
5. Dostawa realizowana będzie sukcesywnie w okresie trwania umowy po wcześniejszym pisemnym, faksowym bądź telefonicznym zamówieniu, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na hasło „cito” nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia z takim hasłem.

(pouczenie dla zamawiającego na odwrotnej stronie)

* niepotrzebne skreślić

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zgierz,

(podpis, pieczętka)

(podpis, pieczętka)