



Załącznik nr.....do oferty

**ZESTAWIENIE DANYCH TECHNICZNYCH OFEROWANEGO
ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO**

NAZWA (FIRMA) WYKONAWCY :.....

ADRES WYKONAWCY.....

NAZWA OFEROWANEGO ANALIZATORA.....

NAZWA PRODUCENTA.....

ROK PRODUKCJI.....

Lp	Wymagane parametry	Tak / Nie	Opis parametru
1.	2.	3.	4.
1.	Analizator biochemiczny fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008), w pełni automatyczny		
2.	Wydajność min. 200 ozn./godz.		
3.	Analizator wyposażony w moduł ISE do oznaczania sodu, potasu i chlorków.		
4.	Typ pomiaru-fotometryczny, mono i bichromatyczny, kinetyczny, punktu końcowego		
5.	Możliwości analityczne: biochemia,(substraty, enzymy, jony) białka specyficzne, układ krzepnięcia		
6.	Pomiary wykonywane w trybie pacjent po pacjencie.		
7.	Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych.		
8.	Kuwety pomiarowe wielokrotnego użytku		
9.	Automatyczne mycie kuwet pomiarowych (bez stacji uzdatniania wody lub ze stacją uzdatniania wody- jeżeli jest to konieczne do pracy aparatu.		
10.	Osobne igły do odczynników i próbki badanej z detektorem poziomu płynów, przemywane po każdej operacji pobrania		
11.	Chłodzone miejsca odczynnikowe na min 35 pozycji (temp8-12 °C) niezależnie od temp otoczenia		
12.	Możliwość wykonania pomiaru w zakresie długości fal 340-800 nm.		
13.	Możliwość automatycznego kontrolowania stanu odczynników(poziom zużycia odczynnika)		
14.	Możliwość pracy w trybie CITO		

1.	2.	3.	4.
15.	Oprogramowanie analizatora w języku polskim		
16.	Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla odczynników i próbek.		
17.	Analizator wyposażony w komputer wraz z oprogramowaniem (umożliwiającym podłączenie analizatora do sieci Marcel), monitor, klawiaturę oraz drukarkę laserową monochromatyczną.		
18.	Analizator wyposażony w zewnętrzny UPS		
19.	Wszystkie wymagane odczynniki gotowe do użycia w opakowaniu umożliwiającym bezpośrednie wstawienie do rotora bez przelewania, dedykowane do zaferowanego analizatora, w buteleczkach z kodem kreskowym i podanymi parametrami stabilności na pokładzie oferowanego analizatora oraz aplikacjami		

UWAGA:

- 1. Należy wypełnić całą kolumnę nr 4 wpisując we wszystkie rubryki odpowiednie, oferowane dane, lub potwierdzając dane z kolumny nr 3 wpisując wyraz TAK.**
- 2. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków granicznych wymaganych przez zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.**

.....
imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

.....
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy

Data i miejsce.....