

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II
tel. 042 714 32 27, 042 714 32 25
fax 042 714 31 15

(pieczęć wydziału zamawiającego)

**Załącznik nr 24.1.a do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia**

**O P I S
P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A**

1. NAZWA (I MIEJSCE REALIZACJI) ZAMÓWIENIA: Dostawa spektralnego, optycznego, tomografu koherentnego siatkówki dla Gminy Miasto Zgierz

2. KOD ZAMÓWIENIA¹⁾ : GŁÓWNY PRZEDMIOT - 3 3 . 11 . 50 . 00 - 9

DODATKOWE PRZEDMIOTY - . _ _ . _ _ . _ _ - _

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA¹⁾ :

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu diagnostycznego, w skład którego wchodzi:

- spektralny, optyczny tomograf koherentny siatkówki,
- stolik elektryczny,
- komputer PC z procesorem 4 rdzeniowym min 4 GB RAM z dyskiem twardym przeznaczonym na dane min 500 GB, z systemem Windows XP,
- monitor LCD min 21 cali,
- drukarka laserowa kolorowa.

Powinno to być urządzenie fabrycznie nowe z roku 2009. Urządzenie powinno spełniać następujące wymagania:

- posiadać możliwość analizy przekrojów optycznych siatkówki
- posiadać moduł analizy grubości siatkówki
- mieć możliwość wykonywania map topograficznych grubości warstw siatkówki, w tym możliwości programowego porównania dwóch map
- posiadać możliwość analizy grubości warstwy włókien nerwowych (RNFL)
- posiadać możliwość automatycznego wyznaczania obrysu nerwu wzrokowego, z możliwością korekty
- posiadać możliwość automatycznego obrysu zagłębienia tarczy nerwu wzrokowego
- posiadać możliwość pomiaru indeksu C/D w osi poziomej i pionowej
- posiadać możliwość pomiaru objętości zagłębienia w nerwie wzrokowym

Inne wymagania to:

- minimalna szerokość źrenicy konieczna do wykonania badania nie większa niż 3mm
- rozdzielczość osiowa tomografu nie gorsza niż 6 mikrometrów
- rozdzielczość poprzeczna tomografu nie gorsza niż 18 mikrometrów
- szybkość skanowania co najmniej 25000 skanów A na sekundę
- maksymalna szerokość przekroju skanu B co najmniej 10mm
- możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D

- możliwość podglądu dna oka „na żywo” w trakcie badania siatkówki
- oprogramowanie komputerowe w języku polskim
- instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączona do sprzętu
- przybycie serwisu na zgłoszoną awarię do 48 godzin
- obowiązek wstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji, gdy naprawa sprzętu trwa dłużej niż 2 dni
- przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzenia podczas instalacji sprzętu
- gwarancja minimum na 24 miesiące
- czas realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy
- wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Paręczewskiej 35 i zainstalować w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawcy do oferty winni załączyć deklaracje zgodności CE oraz zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych dla oferowanego urządzenia.

¹⁾ zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV

SPORZĄDZIŁ:

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMAWIAJĄCEGO:**

INSPEKTOR

NACZELNIK WYDZIAŁU

Zgierz, 22.05.2009r.

mgr Jolanta Świdarska
(podpis, pieczętka)

Tomasz Tołłoczko
(podpis, pieczętka)